

Pionki, dnia 10-09-2020r.

## Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-33/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Aparat USG z 3 głowicami: 2 brzuszne i 1 endowaginalna**

### Treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1

Ad. Załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry – Pozostałe pkt. 79, Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust. 13

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Dostępność części zamiennych do urządzenia na okres 10 lat” na „Dostępność części zamiennych do urządzenia na okres 8 lat od daty instalacji”?

Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na okres min. 8 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis otrzymuje brzmienie: „Dostępność części zamiennych do urządzenia na okres 8 lat od daty instalacji”**

Pytanie 2

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Prosimy o wyjaśnienie sformułowania istotne naprawy określonego w ust. 5 § 4 wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający ma na uwadze kluczowe dla działania urządzenia podzespoły.**

Pytanie 3

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w ust. 2 § 10 wzoru umowy z 1% na 0,2%?

Kary umowne nie mogą być formą wzbogacania się Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 4

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy

Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej określonej w ust. 3 § 10 wzoru umowy z 20% na 10%?

Kary umowne nie mogą być formą wzbogacania się Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 5

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust. 5

Prosimy o usunięcie zapisu ust. 5 § 4 „Jeżeli gwarant wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.”

Zgodnie z procedurami przyjętymi przez wiodących producentów sprzętu medycznego naprawy są wykonywane przez wymianę całych podzespołów lub części nawet w sytuacji, gdy naprawa takiej części z punktu widzenia technicznego jest teoretycznie możliwa. Na wymieniony podzespół/część producent udziela gwarancji, której zakończenie jest zbieżne z zakończeniem okresu gwarancji na całe urządzenie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 6

Ad. Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający zmieni zapis § 4 ust. 6 wzoru umowy z „W innych wypadkach niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.” na „W innych wypadkach niż określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 7

Ad. Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 61

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który posiada mechaniczną zmianę płaszczyzny obrazowania na głowicy wolumetrycznej convex w zakresie +/- 35°i na głowicy endowaginalnej wolumetrycznej +/- 45°realizowanej z poziomu ekranu dotykowego?

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź: Tak.**

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach  
*B. Dudek*  
Bernarda Dudek

.....  
podpis kierownika zamawiającego