

Pionki, dnia 16-09-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-38/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” - 1szt; zadanie nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt; zadanie nr 3: Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

Treść pytań i odpowiedzi:**Pytanie 1.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny, o wymiarach:

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,
- wysokość: 930mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 2.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny, o wymiarach:

- szerokość: 650mm,
- głębokość: 475mm,
- wysokość: 1040mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 3.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny, o wymiarach szafki:

- szerokość: 630mm,
- głębokość: 450mm,
- wysokość: 715mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 4.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 8.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny, o wymiarach szafki:

- szerokość: 630mm,
- głębokość: 450mm,
- wysokość: 830mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 5.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestetyczny, wyposażony w 4 szuflady o wysokości frontu:

- 3 górne szuflady o wysokości 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości 230mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 6.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 9.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w 5 szuflad o wysokości frontu:

- 4 górne szuflady o wysokości 110mm,
- 1 dolna szuflada o wysokości 230mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 7.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach szuflad:

- przy wysokości frontów 230mm: szerokość: 480mm, głębokość: 360mm, wysokość: 220mm,
- przy wysokości frontów 110mm: szerokość: 480mm, głębokość: 360mm, wysokość: 100mm,

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 8.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego szafka wykonana jest z kolumn aluminiowych i ścian z nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast szuflady wykonane z aluminium i stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 9.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego blat roboczy wykonany jest ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania się bakterii, zabezpieczony po bokach i z tyłu chromowanymi relingami o wysokości 80mm przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 10.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 14.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego uchwyty szuflad wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, bez ostrych krawędzi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 11.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 15.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego podstawa wykonana jest z grubego, solidnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa, zaopatrzone w podwójne koła o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadą, a 1 z funkcją jazdy kierunkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**Pytanie 12.****Dotyczy pakietu 3. Wózek anestezjologiczny ze ssakiem elektrycznym – 2szt. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w:

- 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane z aluminium, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka,
- 2x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej,
- 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły,

- 1x pojemnik na rękawiczki,
- 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z boku wózka,
- 1x wieszak kroplówki,
- 1x półka na ssak
- ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
B. Dudek
Bernarda Dudek

.....
podpis kierownika zamawiającego