

Pionki, dnia 18-09-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – nr 6

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-38/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach: zadanie nr 1: Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” - 1szt; zadanie nr 2: Diatermia chirurgiczna – nóż elektryczny – 1szt; zadanie nr 3: Wózek anestetyczny ze ssakiem elektrycznym – ilość: 2

Treść pytań i odpowiedzi:**Dotyczy zadania nr 1 : Diatermia chirurgiczna typu „ligasure” szt.1**

Pytanie nr 3 p.23

Czy zamawiający dopuści aparat w którym funkcja autostop polegająca na automatycznym wyłączeniu koagulacji po skutecznym skoagulowaniu tkanek jest zainstalowana dla koagulacji bipolarnej.

Odpowiedź: Tak.p.o. Złoty DYREKTORA
ds. LECZNICTWASamodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkachlek. med. Barbara Kozłowska
p.o. kierownika zamawiającego