

Pionki, dnia 22-09-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-42/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: **Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do badań immunochemicznych oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych**

Treść pytań i odpowiedzi:

1. Dot. „ZAŁ. 2B”, Prosimy o potwierdzenie, że podana w załączniku nr 2B minimalna wymagana wydajność analizatora powinna być zgodna z wydajnością analizatora podaną w materiałach marketingowych producenta i oznaczać, że maksymalna wydajność oferowanego analizatora nie może być mniejsza niż 80 oznaczeń na godzinę.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza.
2. Dot. „ZAŁ. 2A”, Prosimy o informację czy do podanej w załączniku nr 2A ilości oznaczeń należy doliczyć testy na kalibrację i kontrolę?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga doliczenia testów na kontrolę i kalibrację.
3. W celu prawidłowego wyliczenia zarówno odczynników, jak i materiałów kontrolnych prosimy o podanie harmonogramu wykonywania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
Odpowiedź: Kontrola 2 razy w tygodniu na 2 poziomach dla parametrów wykonywanych w ilości 700 na rok i większej, kontrola 1x w tygodniu na 2 poziomach dla parametrów wykonywanych w ilości mniejszej niż 700 na rok.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że będzie kalibracja wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole, jakości będą przekraczały dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością? Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistością, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy te będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszcza będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dotyczy załącznik nr 3A – wzór umowy, §5, pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „(...) dostarczenie produktów pozbawionych wad w miejsce rzeczy wadliwych nastąpi w ciągu 3 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie na koszt i ryzyko wykonawcy”?.
Odpowiedź: Tak.
7. Dotyczy załącznik nr 3A – wzór umowy, §5, pkt. 4.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy o terminie ważności

krótszym niż **6 miesięcy** od daty dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu takiego towaru na koszt Wykonawcy”?

Odpowiedź: Tak.

8. Dotyczy załącznik nr 3A – wzór umowy, §5, pkt. 4.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Krótszy termin ważności dopuszcza się w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego przedmiotu umowy, gdy ze względu na skład, komponenty czy system produkcji nie jest możliwe zapewnienie **6 miesięcznego** terminu ważności”?

Odpowiedź: Tak.

9. Dotyczy załącznik nr 3B – wzór umowy, §7, pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §7 umowy na: „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

- 1) w wysokości 30 zł - za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego, nie więcej niż 1200 zł za cały okres zwłoki ,
- 2) w wysokości 1000 zł w przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w sytuacjach określonych w §6 ust.3,
- 3) w wysokości 30 zł - za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady nie więcej niż 1200zł za cały okres zwłoki

Odpowiedź: Tak.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Emilia Lenartowicz-Gehka

.....
podpis osoby upoważnionej