

Pionki, dnia 05-10-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

Dotyczy:

postępowania nr SPZZOZ-ZP-47/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Aparat do ultradźwięków z bezobsługową głowicą

Treść pytań i odpowiedzi:Format odpowiedzi: (**Zgodnie z SIWZ**) / (**TAK**) / (**NIE**)**Pytanie nr 1 dot. Aparatu do ultradźwięków z głowicą bezobsługową.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach :

- Wyposażenie : automatyczna głowica zabiegowa o częstotliwości 1 lub 3,3 MHz, powierzchnia 18 cm², głowica zabiegowa częstotliwości 1 lub 3,3MHz, powierzchnia 5 cm² (**Zgodnie z SIWZ**)
- Duży (4,3') kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym (**Zgodnie z SIWZ**)
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym (**Zgodnie z SIWZ**)
- Praca ciągła i impulsowa (**TAK**)
- Głowice wodoodporne (**TAK**)
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa (**NIE**)
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem (**TAK**)
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń (**Zgodnie z SIWZ**)
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) (**NIE**)
- Brak atlasu anatomicznego (**NIE**)
- Brak możliwości automatycznego przełączania częstotliwości- można tego dokonać ręcznie przed lub w trakcie zabiegu (**Zgodnie z SIWZ**)
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów (**TAK**)
- Moc ciągła : 2,5W/ cm² (**TAK**)
- Moc impulsowa w szczycie : 3W/ cm² (**TAK**)
- Częstotliwość impulsów : 10-150Hz (**TAK**)
- Wymiary : 335x270x125mm (**NIE**)
- Waga sterownika : 2,5kg (**TAK**)
- Współczynnik wypełniania : 5-100% (**TAK**)
- Dwupółkowy, jezdny stolik pod urządzenie (innego, polskiego producenta) z koszem na akcesoria. (**Zgodnie z SIWZ**)

DYREKTORSamodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
Bernarda Dudek.....
podpis kierownika zamawiającego