

Pionki, dnia 04-12-2020r.

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania

Dotyczy:
postępowania nr SPZZOZ-ZP-61/2020 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Mobilny aparat Rtg do zdjęć przyłóżkowych – II postępowanie

Treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1. dot. załącznika nr 2 do SIWZ, pkt.15

Prosimy o potwierdzenie w pkt.15, że Zamawiający poprzez odległość ognisko-kolumna operatora Zamawiający rozumie odległość od środka ogniska do środka osi obrotu kolumny aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
im. Lecha i Marii Kaczyńskich
- Pary Prezydenckiej
B. Dudek
Bernarda Dudek

.....
podpis kierownika zamawiającego